

Risposte ai quesiti del 09.04.2026

D.: In riferimento al paragrafo "9.3 – Requisiti di capacità tecnica" del disciplinare di gara, si chiede cortesemente se l'accreditamento ISO 17025, per le prove indicate, deve essere posseduto relativamente alla matrice "Rifiuti" (tal quale) o "eluati da test di cessione".

R.: Ai fini del requisito di partecipazione di cui al paragrafo "9.3 – Requisiti di capacità tecnica" del disciplinare di gara si intende che siano accreditate secondo la norma ISO 17025

i) sulla matrice rifiuti, le analisi chimiche sull'eluato da test di cessione, previste per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui alla tabella 5 allegato 4 D.Lgs 36/03, secondo le metodiche previste dall'allegato 6 al D.Lgs. 36/03, limitatamente ai parametri:

- As, Ba, Cd, Cr tot, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn;
- Cl-, F-, SO4-2;
- DOC.

ii) il campionamento dei rifiuti conforme alla norma UNI 10802:2013.

D: In relazione al parametro POPS, facente parte della LISTA 1, notiamo un riferimento al regolamento 1021/2019/UE che risulta superato dell'aggiornamento 2400/2022, il quale include anche Diossine e PCB. Si richiede, pertanto, se nel vostro prezzo unitario sono considerare anche le Diossine o meno.

R: Il riferimento al Regolamento 1021/2019/UE deve intendersi nella sua forma coordinata fino al Regolamento (UE) 2025/1482.